



УКРАЇНА

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

вул. Степана Бандери, 5, м. Луцьк, 43025, тел./факс (0332) 241581, 243 559
e-mail: uoz@uoz.volyn.ua, код ЄДРПОУ 23254447

04.09.11 № 2857/15/р-11

на № _____ від _____

Всім потенційним учасникам торгів

Зміни №1

до тендерної документації

ІСВ-Г № 6.2.2.1 «Закупівля медичного обладнання та розхідних матеріалів для закладів охорони здоров'я вторинного та третинного рівнів (1 фаза)»

Шановні пані та панове!

Відповідно до п. 8 розділу I «Інструкції учасникам торгів» інформуємо, що до тендерної документації внесено наступні зміни (поправки):

Лот №1

Внесено наступні зміни в технічні вимоги пп. 3.7 Детальні вимоги (технічні специфікації), п. 3 Технічні специфікації, Розділ VII. «Перелік вимог», Тендерної документації:

1) **Позиція 5. «Комплект для добового моніторингу АТ.»**

№	Детальні вимоги (стара редакція)	Детальні вимоги (нова редакція)
1.12	Розміри реєструючого пристрою, не більше 130*70*40 мм	Розміри реєструючого пристрою, не більше 130*75*40 мм
1.14	Можливість вимірювання АТ в діапазоні від 0 до 290 мм.рт.ст. з часовим інтервалом 15, 30, 60, 120, 240 хв.	Можливість вимірювання АТ в діапазоні від 30 до 290 мм.рт.ст. зі змінним часовим інтервалом.
1.15	Об'єм пам'яті реєструючого пристрою, не менше 600 вимірювань	Об'єм пам'яті реєструючого пристрою, не менше 300 вимірювань

2) **Позиція 6. «Комплект для проведення велоергометрії»**

№	Детальні вимоги (стара редакція)	Детальні вимоги (нова редакція)
3.2	Розміри, не більше ніж 130x70x40 мм	Розміри, не більше ніж 130x90x40 мм
3.13	Чутливість, не гірше 5; 10; 20 мм/мВ	Чутливість, не гірше 2; 5; 10; 20; 25 мм/мВ

Лот №3

Внесено наступні зміни в технічні вимоги пп. 3.7 Детальні вимоги (технічні специфікації), п. 3 Технічні специфікації, Розділ VII. «Перелік вимог», Тендерної документації (версія англійською мовою):

1) Позиція 1. «Аналізатор гематологічний (тип 1)»

№	Детальні вимоги (стара редакція)	Детальні вимоги (нова редакція)
5	Blood sample volume of 10 mcL	Blood sample volume up to 10 mcL

Просимо Вас повідомити про отримання цього документу «Зміни №1» по електронній пошті volyn.wbproject@gmail.com.

Начальник



Ващенко І.С.

Вик. Нестеренко
(0332) 777-207